

**Artikelnummer** 1999902086

*Classic*

# Abena Classic, XS, blau, Nitril

MD CE CAT III

MEDIUM GRIP · 240 mm · LATEX · EN EN 455 420 · EN374-5:2016 VIRUS · 374-1:2016/ Type B KPT · AQL 1.5

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| **Marke** | Abena |
| **Produktserie** | Classic |
| **Größe** | XS |
| **Farbe** | Blau |
| **Eigenschaften** | Finger texturiert, latexfrei, medium Griff, Rollkante, sensitiv |
| **Einmalige oder mehrfache Verwendung** | Einweg |
| **Material** | Nitril |
| **Technische Daten** | Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Ammonium Hydroxide, Sodium beta-Naphthalene sulfonic acid, formaldehyde condensate, Alcohol alkoxylate, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Pigment Blue 15,1 |
| **Länge/Tiefe** | 240 mm |
| **Breite** | 76 mm |
| **Gewicht, netto** | 2.9 g |
| **Zertifizierungen** | CAT III, CE, Für Lebensmittel, MD |
| **CE-Kategorie** | CAT III |
| **CE-Klasse** | Klasse I |
| **Produkt- oder Prüfnormen** | AQL 1.5, EN 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 455 |
| **Richtlinien, Verordnungen und Gesetze** | 745/2017/EU, Zugel. F. Lebensmittel gem. 1935/2004/EU, 425/2016/EU |
| **Anweisungen zur Aufbewahrung** | Trocken, sauber und bei Raumtemperatur lagern. |
| **Anweisungen zum Entsorgen von Produkten** | Plastiksortierung. Bei Kontaminierungsverdacht Produkt als klinischen Abfall entsorgen. |

## Verpackungsinformationen

| Einheit | Inhalt | Länge | Breite | Höhe | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| kart | 10 pckg | 43.5 cm | 25.5 cm | 25.5 cm | 5703538437830 |
| pckg | 200 stck | 24 cm | 12 cm | 0 cm | 5703538437793 |
| stck | | | | | |

Das Glas-Gabel-Symbol garantiert, dass Produkte gemäß der europäischen Gesetzgebung getestet und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen wurden. Das Symbol ist für Produkte, die für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden, obligatorisch.

Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne" (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Geräten zu finden.

CAT III

Für sämtliche persönliche Schutzausrüstung (PSA-Produkte) der Kategorie III ist eine Typgenehmigung durch Dritte erforderlich. Damit chemische Schutzhandschuhe mit dem CE-Logo versehen werden dürfen, müssen Prüfungen gemäß den in EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 festgelegten Prüfnormen durchgeführt werden – wie z. B. EN 16523-1: 2015 + A1: 2018, um den Widerstand gegen Permeation von Chemikalien zu bestimmen. Die Ergebnisse dieser Prüfung bestimmen die relevanten Piktogrammsymbole, die auf der Verpackung und Kennzeichnung verwendet werden können.

---

MEDIUM GRIP

Der Handschuh hat mittlere Griffsicherheit.




Der Handschuh ist 240 mm lang.




Das Produkt ist latexfrei.



Der Handschuh hat strukturierte Finger.

EN 455

EN 455 besteht aus vier Normen, auf die Handschuhe geprüft werden müssen, damit es sich um einen medizinischen Handschuh handelt. Diese Norm legt die Anforderungen für medizinische Einweghandschuhe fest.

EN 420

Die Norm legt die Anforderungen für Schutzhandschuhe in Bezug auf allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden fest.




Die Norm legt die Anforderungen für Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen fest. Dieser Teil der Norm beschreibt die Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegen Bakterien, Pilze und Viren.




Die Norm legt die Anforderungen für Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen fest. Typ B wurde mit den Chemikalien Natriumhydroxid 40 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 % auf eine Permeationszeit von mindestens 30 Minuten getestet.